

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018

PROCESSO Nº 069/2018

1) Dispõe o item 23 do pregão presencial 3/2018 que:

*“Desfibrilador DEA para uso em situações de emergências cardíacas, automático (50 J, 150 J, 200 J). O equipamento deve ser leve e portátil não ultrapassando 2kg, incluindo a bateria. Deve ser resistente à quedas, vibrações, resistente à água e poeira, atendendo a norma IP55. Bateria não recarregável de lítio, com capacidade mín. de 30 choques, com interface para auxílio do socorrista, comando em português. O mesmo deverá acompanhar 02 pares pás **com bateria de lítium** adulto e 02 pares de pás **com bateria de lítium** infantil. apresentar registro da ANVISA.”*

O edital solicita pás **com bateria**, esta característica é específica do fabricante **HeartSine – modelo Samaritan**, o único fabricante que possui pás com bateria integrada.

Ressaltamos que as pás com bateria integrada é de utilização única e após sua utilização serão descartados o conjunto incluindo a bateria, o que implica em um custo adicional ao Órgão.

Renomados fornecedores como a **Cmos Drake, Instramed, Philips, entre outros**, possuem a bateria no equipamento (DEA), uma vez que é mais vantajoso, pois ao utilizar as pás somente as mesmas serão descartadas.

R: O presente questionamento resultou na Retificação 002 ao Edital em tela, sendo publicado no site da instituição.