

## **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO II**

### **PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018**

### **PROCESSO Nº 069/2018**

**1)** Serão aceitos equipamentos que fazem impressão em 3, 6 e 12 canais, uma vez que a impressão em apenas 1 canal não traz nenhuma informação clínica ao médico capaz de gerar laudos?

**R:** Tendo em vista que a impressão em 01 canal não traz informação clínica para gerar laudos, Memorial descritivo readequado.

**2)** Serão aceitos equipamentos que fazem impressão em papel 100 mm em alta resolução?

Além de reduzir o custo operacional de impressão com este tipo de papel, a resolução e a informação analisada no papel de 100 mm é a mesma da vista no papel de tamanho A4, sendo que com papel A4 o custo costuma ser 3 ou 4 vezes a mais.

**R:** Não. Será mantida a impressão em papel formato A4. O papel formato A4 faz parte da lista padronizada da instituição e no mercado existem diversos modelos de aparelho disponíveis que atendem ao descritivo.