

**RETIFICAÇÃO Nº 002 AO EDITAL DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 E PROCESSO Nº 069/2018.**

A Gerência Corporativa Administrativa da Associação Saúde da Família torna público a presente Retificação ao Edital da Seleção de Fornecedores, modalidade Pregão Presencial nº 003/2018 e Processo nº 069/2018, em razão da alteração da descrição dos **itens 6 e 23 das tabelas** nos **itens 10.1 DOS VALORES MÁXIMOS**, no **ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO** e **ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL** do Edital, conforme a seguir:

**- ITEM 6**

**ONDE SE LÊ:**

6	50	Detector de batimentos cardíacos fetais de mesa, alimentação de energia 127 ou bivolt. Freq do transdutor: entre 2,0 e 2,25 mhz. Saída para fone de ouvido (8 ohms) e para gravador. Controle de liga-volume e de tonalidade. <b>Inserir número da ANVISA.</b>
---	----	--

**LEIA-SE**

6	50	Detector de batimentos cardíacos fetais de mesa, com tela digital, alimentação de energia 127 ou bivolt. Freq do transdutor: entre 2,0 e 2,25 mhz. Saída para fone de ouvido (8 ohms) e para gravador. Controle de liga-volume e de tonalidade. <b>Inserir número da ANVISA.</b>
---	----	--

**- ITEM 23**

**ONDE SE LÊ:**

23	8	Desfibrilador DEA para uso em situações de emergências cardíacas, automático (50 J, 150 J, 200 J). O equipamento deve ser leve e portátil não ultrapassando 2kg, incluindo a bateria. Deve ser resistente à quedas, vibrações, resistente à água e poeira, atendendo a norma IP55. Bateria não recarregável de lítio, com capacidade mín. de 30 choques, com interface para auxílio do socorrista, comando em português. O mesmo deverá acompanhar 02 pares pás com bateria de lítium adulto e 02 pares de pás com bateria de lítium infantil. <b>apresentar registro da ANVISA.</b>
----	---	--

**LEIA-SE**

23	8	Desfibrilador DEA para uso em situações de emergências cardíacas, automático (50 J, 150 J, 200 J). O equipamento deve ser leve e portátil não ultrapassando 2kg, incluindo a bateria. Deve ser resistente à quedas, vibrações, resistente à água e poeira, atendendo a norma IP55. Com bateria de lítio, com capacidade mín. de 30 choques, com interface para auxílio do socorrista, comando em português. O mesmo deverá acompanhar 02 pares pás adulto e 02 pares de pás infantil. <b>apresentar registro da ANVISA.</b>
----	---	---

Permanecem inalterados os demais itens do Edital do referido processo.

---

**Maria Isabel Ribeiro de Campos**  
**Gerente Corporativa Administrativa**  
**Associação Saúde da Família**