

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS I

Questionamento nº 1: Referente a Coleta de Preços nº 021/2016, gostaríamos de saber dos equipamentos solicitados no edital, qual se destina a qual Unidade e se podemos realizar visitas para a verificação técnica da compatibilidade da rede da Unidade com os equipamentos solicitados.

Resposta: Informamos que os equipamentos locados serão instalados nas quantidades e Unidades de Saúde abaixo especificadas:

Item 1: Identificadora Automática de Filmes Radiológicos

1 (um) equipamento – AE Jardim Cliper

Item 2: Processadora Automática de Filmes Radiológicos

1 (um) equipamento – AE Jardim Cliper

1 (um) equipamento – AMA Jardim Peri

Item 3: Aparelho de Raio-X portátil

1 (um) equipamento – Pronto Socorro Municipal Dona Maria Antonieta

1 (um) equipamento – AE Jardim Cliper

Item 4: Aparelho de Raio-X fixo

1 (um) equipamento – Pronto Socorro Municipal Dona Maria Antonieta

Caso a empresa esteja interessada, muito embora não tenha sido exigência constante no edital, poderão ser realizadas visitas nas Unidades de Saúde onde os equipamentos serão instalados, para fins de verificação técnica da compatibilidade da rede elétrica com os equipamentos objeto do processo.